

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *153*/BXD-KHCN
V/v giải đáp một số vấn đề hoạt
động của phòng thí nghiệm LAS-
XD

Hà Nội, ngày *27* tháng *04* năm 2012

Kính gửi: - Thanh tra Sở Xây dựng Quảng Bình

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 35/TTra ngày 12/03/2012 của Thanh tra Sở Xây dựng Quảng Bình về việc đề nghị giải đáp một số vấn đề về hoạt động của phòng thí nghiệm LAS-XD. Về vấn đề được hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Đối với các phòng thí nghiệm đã được công nhận trước khi Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/06/2011 có hiệu lực, yêu cầu về Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc ISO/IEC 17025 là sau 1 năm kể từ khi Thông tư trên có hiệu lực thì hành.

Quy trình ISO 9001:2008 hoặc ISO/IEC 17025 phải áp dụng cho toàn bộ hệ thống quản lý hoạt động chất lượng của phòng thí nghiệm.

2. Trưởng phòng thí nghiệm phải là các cán bộ có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành: Xây dựng dân dụng, công nghiệp; Xây dựng giao thông; Xây dựng thủy lợi; Địa chất công trình, thủy văn; Vật liệu xây dựng.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng. Đề nghị Thanh tra Sở Xây dựng Quảng Bình và các phòng thí nghiệm có liên quan nghiên cứu, thực hiện./.

*N*ơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN & MT



Nguyễn Trung Hòa